



*Note:*

1. 整个机房总占地面积为 13.3 米 x 13.2 米=175.5 平米;
2. 设备用电 60KW;
3. 按功能区分, 需要 5 个房间: 物理计划室, 设备间, 服务器间, 控制室, 治疗室;
4. 最大剂量率 1000 CGy/Min
5. 物理计划室和其他设备共用;
6. 设备总重约为 5 吨, 最重的螺旋治疗机架约为 4.5 吨;
7. 治疗室要求净高 3.2 米;
8. 房间装修及土建细节请与安科锐工程师联系;

\* 机房 6 面墙壁的参考厚度为 C30 混凝土 1.3 米, 最终要通过设计和环评公司的精确计算